



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO

DETERMINAZIONE N° 1580 DEL 09/11/2023

STRUTTURA PROPONENTE: UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE

OGGETTO	Determina a contrarre con contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 in deroga all'art. 36 comma 2, let. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e ulteriormente modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021 alla Vyaire Medical Srl di n. 1 intervento di aggiornamento tecnologico dello Spirometro MasterScreen PFT sn 675142 inv. 750003746 in uso alla U. O. Medicina del P. O. di Belcolle Ambulatorio di Pneumologia. Importo € 7.612,80 IVA compresa. CIG: ZE83CE4E35. ODL 23-348.
---------	---

Estensore : Carlo Palozzi

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi

Dott.ssa Federica Formichetti per Dott.ssa Patrizia Boninsegna in data 08/11/2023

Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex Art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.

Responsabile del procedimento

Ing. Carlotta Piacentini

Proposta firmata digitalmente da Ing. Carlotta
Piacentini in data 07/11/2023

Il Direttore

Ing. Luca Ronca

Firmata digitalmente



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBOREGIONE
LAZIO

Oggetto:	Determina a contrarre con contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 in deroga all'art. 36 comma 2, let. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e ulteriormente modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021 alla Vyaire Medical Srl di n. 1 intervento di aggiornamento tecnologico dello Spirometro MasterScreen PFT sn 675142 inv. 750003746 in uso alla U. O. Medicina del P. O. di Belcolle Ambulatorio di Pneumologia. Importo € 7.612,80 IVA compresa. CIG: ZE83CE4E35. ODL 23-348.
----------	---

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE**delegato come previsto dal vigente Atto Aziendale**

Visto l'Atto Aziendale adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 804 del 16/05/2018; successivamente modificato con la Deliberazione del Direttore Generale n. 2111 del 22/11/2018 e approvato con DCA n. U00501 del 13/12/2018 "Approvazione dell'Atto Aziendale della ASL Viterbo", così come pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 del B.U.R.L. Lazio 103 del 20/12/2018;

Richiamata la Determinazione n. G13642 del 11/10/2019, con la quale la Regione Lazio ha provveduto all'aggiudicazione della gara centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature sanitarie delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, aggiudicando il Lotto 7 (Asl Roma 4, Asl Rieti e Asl Viterbo) al R.T.I. Poliedra Ingegneria Clinica S.r.l / SOF S.p.A. per un periodo di anni 5;

Vista la Deliberazione n. 522 del 12/03/2020 con la quale la ASL di Viterbo oltre a prendere atto della sopracitata Determinazione n. G13642 del 11/10/2019, ha aderito alla convenzione tra la Regione Lazio ed il R.T.I. Poliedra Ingegneria Clinica S.r.l. / SOF S.p.A. autorizzata alla stipula della Convenzione in virtù dei poteri conferitegli da Costituzione A.T.I., relativa al Lotto 7 (ASL Roma4, ASL Rieti e ASL Viterbo), della durata di 36 mesi rinnovabili per altri 12, nonché per la durata degli ordinativi fornitura pari a 60 mesi;

Vista la Deliberazione n. 1154 del 05/06/2020 con la quale questa Amministrazione prendeva atto dell'ordinativo di fornitura della Regione Lazio n. P1030667-20 del 25/05/2020 relativo al servizio di gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature sanitarie della ASL di Viterbo affidato alla Ditta POLIEDRA Ingegneria Clinica per un periodo di mesi sessanta a far data dal 01/09/2020;

Vista la richiesta di intervento tecnico ODL 23-348 del 27/02/2023, relativa allo Spirometro a uso clinico diagnostico inv. 750003746 in uso alla U. O. Medicina P. O. Belcolle Ambulatorio di Pneumologia, con la quale si comunicava: *"Non fa eseguire le spirometrie". "Apparecchiatura funzionante riscontrata difficoltà di avvio del PC e non parte il software per l'esecuzione degli esami, si inoltra richiesta di intervento a casa madre."*;



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO

Visto il Rapporto di intervento tecnico n. 208.2023.230072 del 08/02/2023 della Ditta Vyaire, relativo allo Spirometro MasterScreen PFT sn 675142 inv. 750003746 in uso alla U. O. Medicina del P. O. di Belcolle Ambulatorio di Pneumologia, con il quale si segnalava: “Il pc + software sono fuori supporto (win 7 based)”

Vista la nota della Ditta Vyaire Medical del 28/02/2023 con la quale si segnalava l’obsolescenza del PC in dotazione con lo Spirometro inv. 750003746 e si proponeva un aggiornamento tecnologico dello spirometro con sostituzione del PC stesso;

Vista la nota prot. n. 18410 del 06/03/2023 con la quale questa U. O. C. chiedeva alla Ditta Vyare Medical Srl un preventivo di spesa per l’aggiornamento tecnologico dello Spirometro Viasys mod. Masterscreen PFT s/n 675142 inv. 750003746 in uso alla U. O. Medicina P. O. Belcolle Ambulatorio di Pneumologia:

Preso atto del preventivo di spesa n. P23-077/rg del 10/03/2023 della Ditta Vyaire con il quale si comunicava che il costo per l’aggiornamento tecnologico comprensivo della fornitura di n. 1 nuovo PC, installazione, montaggio, formazione e collaudo dello Spirometro MasterScreen PFT sn 675142 inv. 750003746 in uso alla U. O. Medicina del P. O. di Belcolle Ambulatorio di Pneumologia veniva quantificato in complessivi € 6.240,00 IVA esclusa;

Vista la nota della Ditta Vyaire Medical del 30/08/2023 con la quale si ribadiva l’obsolescenza del PC in dotazione con lo Spirometro inv. 750003746 e si proponeva un aggiornamento tecnologico dello spirometro con sostituzione del PC stesso;

Dato atto che l’intervento di cui trattasi è un aggiornamento tecnologico e pertanto non rientra negli obblighi contrattuali previsti dal vigente CSA;

Dato atto che la Ditta VYAIR è da reputarsi quale operatore economico indubbiamente idoneo a soddisfare il fabbisogno;

Visto l’art. 1 comma 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 in deroga all’art. 36 comma 2, let. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e ulteriormente modificato dall’art. 51 del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021;

DETERMINA

per i motivi esposti sopra

Di affidare alla Ditta Vyaire Medical Srl l’aggiornamento tecnologico dello Spirometro MasterScreen PFT sn 675142 inv. 750003746 in uso alla U. O. Medicina del P. O. di Belcolle Ambulatorio di Pneumologia (Installazione, montaggio, formazione e collaudo delle attività previste dal preventivo



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO

n. P23-067/rg del 10/03/2023: cod. V-571024 Aggiornamento software in accordo con le nuove normative GDPR, comprensivo di nuove linee guida, nuovi teorici e recupero del database esistente; cod. 170100 PC desktop per Jlab/SentrySuite PC preconfigurato con software SentrySuite installato e validato e sistema operativo Windows 10Pro). Importo € 7.612,80 IVA compresa. CIG: ZE83CE4E35. ODL 23-348

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto è stato individuato nel Dirigente della U. O. S. Gestione Amministrativa e Manutentiva delle Apparecchiature Biomediche, Ing. Carlotta Piacentini.

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6 Novembre 2012, n. 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

La somma di € 7.612,80 IVA compresa relativa al preventivo di spesa della Ditta Vyaire Medical S.r.l. rientra nel budget assegnato anno 2023 trova copertura con sottoconto 05 68 03 680201 - Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche, autorizzazione: ICE/2023/80-2-13 del 02/11/2023.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.asl.vt.it - Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio Aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione di cui all' art.5 lettera c del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E
EDILE

Firmato digitalmente
Ing. Luca Ronca