



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBOREGIONE
LAZIO**DETERMINAZIONE N° 454 DEL 28/03/2022****STRUTTURA PROPONENTE: UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE****OGGETTO**

presa d'atto dell'affidamento diretto alla Ditta NORTHWALL S.r.l. di un intervento di manutenzione per il Sistema di Biocontenimento Northwall Capsuls s/n 2020 01 180 inv. 750007986 in uso alla U. O. Rianimazione del P. O. di Belcolle. Importo € 11.340,00 IVA 5% compresa. CIG: ZAD353DA72.

Estensore : Carlo Palozzi

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi

Dott.ssa Patrizia Boninsegna in data 25/03/2022

Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex. Art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.

Responsabile del procedimento

Ing. Carlotta Piacentini

Proposta firmata digitalmente da Ing. Carlotta
Piacentini in data 24/03/2022

Il Direttore

Ing. Luca Ronca

Firmata digitalmente



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO

Oggetto:	presa d'atto dell'affidamento diretto alla Ditta NORTHWALL S.r.l. di un intervento di manutenzione per il Sistema di Biocontenimento Northwall Capsuls s/n 2020 01 180 inv. 750007986 in uso alla U. O. Rianimazione del P. O. di Belcolle. Importo € 11.340,00 IVA 5% compresa. CIG: ZAD353DA72.
-----------------	---

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE

delegato come previsto dal vigente Atto Aziendale

Visto l'Atto Aziendale adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 804 del 16/05/2018; successivamente modificato con la Deliberazione del Direttore Generale n. 2111 del 22/11/2018 e approvato con DCA n. U00501 del 13/12/2018 "Approvazione dell'Atto Aziendale della ASL Viterbo", così come pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 del B.U.R.L. Lazio 103 del 20/12/2018;

Richiamata la Determinazione n. G13642 del 11/10/2019, con la quale la Regione Lazio ha provveduto all'aggiudicazione della gara centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature sanitarie delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, aggiudicando il Lotto 7 (Asl Roma 4, Asl Rieti e Asl Viterbo) al R.T.I. Poliedra Ingegneria Clinica S.r.l / SOF S.p.A. per un periodo di anni 5;

Vista la Deliberazione n. 522 del 12/03/2020 con la quale la ASL di Viterbo oltre a prendere atto della sopracitata Determinazione n. G13642 del 11/10/2019, ha aderito alla convenzione tra la Regione Lazio ed il R.T.I. Poliedra Ingegneria Clinica S.r.l. / SOF S.p.A. autorizzata alla stipula della Convenzione in virtù dei poteri conferitigli da Costituzione A.T.I., relativa al Lotto 7 (ASL Roma4, ASL Rieti e ASL Viterbo), della durata di 36 mesi rinnovabili per altri 12, nonché per la durata degli ordinativi fornitura pari a 60 mesi;

Vista la Deliberazione n. 1154 del 05/06/2020 con la quale questa Amministrazione prendeva atto dell'ordinativo di fornitura della Regione Lazio n. P1030667-20 del 25/05/2020 relativo al servizio di gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature sanitarie della ASL di Viterbo affidato alla Ditta POLIEDRA Ingegneria Clinica per un periodo di mesi sessanta a far data dal 01/09/2020;

Visto l'ODL Intervento 22-000000036 del 07/01/2022 del della Ditta Poliedra, relativo al Sistema di Biocontenimento inv. 750007986, con il quale si rendicontava:

07/01/22 H: 12.30 "Con la presente si richiede riparazione del telo plastico con relativi tubi di uscita in quanto lacerati della barella di biocontenimento";

07/01/22 H: 12.40 "Ricerca guasto e riparazione – telo plastico della barella divelto";

07/01/22 H: 13.00 "Sospensione intervento – Si riscontra telo plastico della barella divelto. Si



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO

contatta ditta specialistica per risoluzione problematica. Apparecchiatura in garanzia”;

Visto il Report del 10/01/2022 della Ditta NORTHWALL, relativo all'analisi guasto CAPSULS s/n 2020 – 01 – 180, con il quale si comunicava: *“È richiesta assistenza per riparazione o sostituzione di dispositivo CAPSULS s/n 2020-01-180 che presenta il distacco da lacerazione dell'orlo di connessione di uno dei tubi preposti all'ingresso/uscita delle periferiche per monitoraggio/terapia del paziente contenuto nella Capsuls. Analisi. A seguito della presa visione della documentazione fotografica inviataci ed ad un esame a parte del dispositivo CAPSULS s/n 2020-01-173 rientrato in passato ed avente caratteristiche di usura comparabile a quello in oggetto quali cicli e metodo di decontaminazione, utilizzo e contemporaneità del lotto di produzione. Conclusione. Si ritiene plausibile che vi sia stata una concomitanza di cause, tra le quali il verosimile indebolimento della parte dovuta ai cicli di decontaminazione, unitamente ad una energica trazione della stessa in fase di utilizzo, che ha causato il distacco della protuberanza dalla camera di isolamento. La causa della rottura è quindi da attribuire non ad una difettosità del prodotto, bensì all'uso del dispositivo stesso e al suo stato di usura. Si ritiene parimenti che sia impraticabile risigillare una diversa parte, in quanto incerto come risultato visto lo stato di usura dell'unità e comunque non conveniente, dovendo anche ricertificare, dopo una eventuale riparazione, la tenuta dell'unità di isolamento, che appare nel complesso intensamente logorata dai cicli di lavoro (utilizzo e decontaminazione). Non sono quindi possibili interventi di riparazione, né in garanzia, né a carico del cliente. Si suggerisce l'upgrade dell'Unità di Isolamento con la sostituzione con un nuovo involucro di isolamento.”;*

Preso atto del preventivo di spesa n. 37/P del 10/02/2022 della Ditta NORTHWALL con il quale il costo per eseguire un intervento di manutenzione per il Sistema di Biocontenimento Northwall Capsuls s/n 2020 01 180 inv. 750007986 in uso alla U. O. Rianimazione del P. O. di Belcolle veniva quantificato in complessivi € 10.800,00 IVA esclusa;

Vista la nota prot. n. 11559 del 10/02/2022 con la quale questa U. O. C., considerata l'urgenza, autorizzava alla Ditta NORTHWALL l'intervento di manutenzione per il Sistema di Biocontenimento Northwall Capsuls s/n 2020 01 180 inv. 750007986 in uso alla U. O. Rianimazione del P. O. di Belcolle;

Dato atto che tale intervento si configura come manutenzione extra contratto in quanto trattasi di apparecchiatura in garanzia che non rientra negli obblighi contrattuali previsti dal vigente CSA;

Considerato che trattasi di un intervento di riparazione fuori garanzia;

Dato atto che la Ditta NORTHWALL, fornitore del Sistema di cui trattasi, è da reputarsi quale operatore economico indubbiamente idoneo a soddisfare il fabbisogno;

Visto l'art. 1 comma 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 in deroga all'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e ulteriormente modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021;

DETERMINA

per i motivi esposti sopra

Di prendere atto dell'affidamento diretto alla Ditta NORTHWALL S.r.l. di un intervento di manutenzione per il Sistema di Biocontenimento Northwall Capsuls s/n 2020 01 180 inv.

750007986 in uso alla U. O. Rianimazione del P. O. di Belcolle. Importo € 11.340,00 IVA 5% compresa. CIG: ZAD353DA72.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto è stato individuato nel Dirigente della U. O. S. Gestione Amministrativa e Manutentiva delle Apparecchiature Biomediche, Ing. Carlotta Piacentini.

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6 Novembre 2012, n. 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

La somma di € 11.340,00 IVA 5% compresa relativa al preventivo di spesa della Ditta NORTHWALL rientra nel budget assegnato anno 2022 e trova copertura con sottoconto 05 68 03 680201 - Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche, autorizzazione: ICE/2022/80-2 6.3 Manutenzione extracontratto

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Azienda ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R Lazio 1/2011.

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E
EDILE

Firmato digitalmente
Ing. Luca Ronca