



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBOREGIONE
LAZIO**DETERMINAZIONE N° 1183 DEL 11/08/2023****STRUTTURA PROPONENTE: UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE**

OGGETTO	Determina a Contrarre con contestuale presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del decreto legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020 in deroga all'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e ulteriormente modificato dall'art. 51 del decreto legge 77 del 31/05/2021 convertito in legge n. 108 del 29/07/2021 alla Ditta C.A.M. Hospital di interventi di riparazione dei Maceratori in uso alla ASL di Viterbo. importo €2.009,34 IVA compresa. CIG: ZBD3C177DA
----------------	---

Estensore : Carlo Palozzi

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi

Dott.ssa Federica Formichetti per Dott.ssa Patrizia Boninsegna in data 11/08/2023

Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex. Art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.

Responsabile del procedimento

Ing. Carlotta Piacentini

Proposta firmata digitalmente da Ing. Carlotta
Piacentini in data 11/08/2023

Il Direttore

Ing. Luca Ronca

Firmata digitalmente



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBOREGIONE
LAZIO

Oggetto:	Determina a Contrarre con contestuale presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del decreto legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020 in deroga all'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e ulteriormente modificato dall'art. 51 del decreto legge 77 del 31/05/2021 convertito in legge n. 108 del 29/07/2021 alla Ditta C.A.M. Hospital di interventi di riparazione dei Maceratori in uso alla ASL di Viterbo. importo €2.009,34 IVA compresa. CIG: ZBD3C177DA
-----------------	---

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE

delegato come previsto dal vigente Atto Aziendale

Visto l'Atto Aziendale adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 804 del 16/05/2018; successivamente modificato con la Deliberazione del Direttore Generale n. 2111 del 22/11/2018 e approvato con DCA n. U00501 del 13/12/2018 "Approvazione dell'Atto Aziendale della ASL Viterbo", così come pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 del B.U.R.L. Lazio 103 del 20/12/2018;

Vista la Deliberazione n. 522 del 12/03/2020 con la quale la ASL di Viterbo oltre a prendere atto della sopracitata Determinazione n. G13642 del 11/10/2019, ha aderito alla convenzione tra la Regione Lazio ed il R.T.I. Poliedra Ingegneria Clinica S.r.l. / SOF S.p.A. autorizzata alla stipula della Convenzione in virtù dei poteri conferitegli da Costituzione A.T.I., relativa al Lotto 7 (ASL Roma4, ASL Rieti e ASL Viterbo), della durata di 36 mesi rinnovabili per altri 12, nonché per la durata degli ordinativi fornitura pari a 60 mesi;

Vista la Deliberazione n. 1154 del 05/06/2020 con la quale questa Amministrazione prendeva atto dell'ordinativo di fornitura della Regione Lazio n. P1030667-20 del 25/05/2020 relativo al servizio di gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature sanitarie della ASL di Viterbo affidato alla Ditta POLIEDRA Ingegneria Clinica per un periodo di mesi sessanta a far data dal 01/09/2020;

Vista la Deliberazione n. 259 del 11/02/2020 con la quale la ASL di Viterbo aggiudicava alla Ditta C.A.M. Hospital la fornitura in service full risk di macchine maceratrici per l'eliminazione di rifiuti biologici, occorrenti alla ASL di Viterbo, unitamente alla fornitura dei supporti e dei materiali di consumo monouso, per la durata di anni tre + uno, per un importo complessivo triennale pari ad € 249.627,87 IVA esclusa;

Visto il contratto repertorio n. 81 del 20/04/2022 relativo alla fornitura in service full risk di n. 24 macchine maceratrici per l'eliminazione di rifiuti biologici, occorrenti alla ASL di Viterbo, unitamente alla fornitura dei supporti e dei materiali di consumo monouso, per la durata di anni tre + uno. CIG: 8617705323.;

Vista la Relazione Dettagliata sul Servizio Post Vendita di Informazione e Formazione della Ditta C. A. M. Hospital S.r.l.;



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO

Visto il foglio di lavoro assistenza e installazione del 29/09/2022 relativo ai Maceratori 2205122, 2205123, controfirmato dal personale del reparto di Medicina del P. O. di Civita Castellana che chiedeva un intervento sulle suddette apparecchiature e segnalava: "macchina non funzionante" e con il quale la Ditta C.A.M. Hospital comunicava di aver eseguito un intervento di: "Verificato materiale in vasca. Effettuato reset. Eseguiti n. 2 cicli a vuoto. Eseguiti n. 2 cicli con materiale monouso. Prove di funzionamento con esito positivo";

Visto il foglio di lavoro assistenza e installazione del 29/09/2022 relativo al Maceratore s/n 2206063, controfirmato dal personale del reparto di Cardiologia del P. O. di Belcolle che chiedeva un intervento sulle suddette apparecchiature e segnalava: "Il maceratore perde acqua dal tubo per forte vibrazione durante la macerazione" e con il quale la Ditta C.A.M. Hospital comunicava di aver eseguito un intervento di: "Verificato materiale in vasca. Rimosso materiale non idoneo. Eseguiti n. 2 cicli a vuoto. Eseguiti n. 2 cicli con materiale monouso. Prove di funzionamento con esito positivo";

Preso atto del preventivo n. 41622-RC del 05/10/2022 della ditta C.A.M. Hospital con il quale si comunicava che il costo per le attività di riparazione del Maceratore s/n 2205122 e del Maceratore s/n 2206063, veniva quantificato in complessivi € 393,50 IVA esclusa;

Visto il foglio di lavoro assistenza e installazione del 21/10/2022 relativo al Maceratore s/n 2204023, controfirmato dal personale del reparto di Ginecologia del P. O. di Belcolle che chiedeva un intervento sulle suddette apparecchiature e segnalava: "F9 blocco motore" e con il quale la Ditta C.A.M. Hospital comunicava di aver eseguito un intervento di: "Rimozione materiale non idoneo. Effettuato reset motore. Eseguiti n. 2 cicli a vuoto e n. 3 cicli con materiale monouso. Test funzionamento con esito positivo";

Preso atto del preventivo n. 44222-RC del 25/10/2022 della ditta C.A.M. Hospital con il quale si comunicava che il costo per le attività di riparazione del Maceratore s/n 2204023, veniva quantificato in complessivi € 195,50 IVA esclusa;

Visto il foglio di lavoro assistenza e installazione del 28/10/2022 relativo al Maceratore s/n 2205129, controfirmato dal personale del reparto di Chirurgia del P. O. di Civita Castellana che chiedeva un intervento sulle suddette apparecchiature e segnalava: "Blocco scarico per camera sovraccarica" e con il quale la Ditta C.A.M. Hospital comunicava di aver eseguito un intervento di: "Rimozione garze. pulizia cestello. Sblocco motore. Reset. Prove di funzionamento";

Preso atto del preventivo n. 45622-RC del 02/11/2022 della ditta C.A.M. Hospital con il quale si comunicava che il costo per le attività di riparazione del Maceratore s/n 2205129, veniva quantificato in complessivi € 176,00 IVA esclusa;

Vista la email di richiesta intervento del 15/11/2022 della U. O. Medicina del P. O. di Civita Castellana, con la quale si comunicava: "Si richiede un nuovo sopralluogo presso U. O. S. D. Medicina P. O. Civita Castellana per intervento dei due maceratori non funzionanti, in quanto le macchine risultano in blocco indicando errore F9 nel reparto Medicina uomini, F14 in quello di Medicina Donne. N. B. il maceratori in blocco sono ubicati in entrambi i bagni uomini/donne.";

Visto il foglio di lavoro assistenza e installazione del 16/11/2022 relativo al Maceratore s/n 2205122, controfirmato dal personale del reparto di Medicina del P. O. di Civita Castellana che chiedeva un intervento sulla suddetta apparecchiatura e segnalava: "macchina in blocco errore F9" e con il quale la Ditta C.A.M. Hospital comunicava di aver eseguito un intervento di: "Rimozione



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO

garze. Pulizia cestello. Sblocco motore. Reset. Prove di funzionamento";

Visto il foglio di lavoro assistenza e installazione del 16/11/2022 relativo al Maceratore s/n 2205123, controfirmato dal personale del reparto di Medicina del P. O. di Civita Castellana che chiedeva un intervento sulla suddetta apparecchiatura e segnalava: "macchina in blocco errore F14" e con il quale la Ditta C.A.M. Hospital comunicava di aver eseguito un intervento di: "Rimozione garze. Pulizia cestello. Sblocco motore. Reset. Prove di funzionamento";

Preso atto del preventivo n. 48322-RC del 17/11/2022 della ditta C.A.M. Hospital con il quale si comunicava che il costo per le attività di riparazione del Maceratore s/n 2205122 e del Maceratore s/n 2205123, veniva quantificato in complessivi € 239,10 IVA esclusa;

Vista la email di richiesta intervento del 23/11/2022 della U. O. Medicina del P. O. di Acquapendente, con la quale si comunicava: "si richiede intervento per maceratrice presente in reparto di Medicina Ospedale di Acquapendente per guasto F9A.";

Visto il foglio di lavoro assistenza e installazione del 24/11/2022 relativo al Maceratore s/n 2206069, controfirmato dal personale del reparto di Medicina del P. O. di Acquapendente che chiedeva un intervento sulla suddetta apparecchiatura e segnalava: "macchina in blocco per introduzione materiale non macerabile" e con il quale la Ditta C.A.M. Hospital comunicava di aver eseguito un intervento di: "Rimozione garze e traverse. Pulizia cestello. Sblocco motore. Reset. Prove di funzionamento";

Preso atto del preventivo n. 50422-RC del 28/11/2022 della ditta C.A.M. Hospital con il quale si comunicava che il costo per le attività di riparazione del Maceratore s/n 2206069, veniva quantificato in complessivi € 240,30 IVA esclusa;

Visto il foglio di lavoro assistenza e installazione del 09/12/2022 relativo al Maceratore s/n 2205129, controfirmato dal personale del reparto di Chirurgia del P. O. di Civita Castellana che chiedeva un intervento sulla suddetta apparecchiatura e segnalava: "non funziona e gira a vuoto" e con il quale la Ditta C.A.M. Hospital comunicava di aver eseguito un intervento di: "Rimozione materiale non macerabile. Pulizia cestello. Sblocco motore. Reset. Prove di funzionamento";

Preso atto del preventivo n. 53922-RC del 14/12/2022 della ditta C.A.M. Hospital con il quale si comunicava che il costo per le attività di riparazione del Maceratore s/n 2205129, veniva quantificato in complessivi € 196,10 IVA esclusa;

Visto il foglio di lavoro assistenza e installazione del 14/12/2022 relativo al Maceratore s/n 2204025, controfirmato dal personale del reparto di Ginecologia del P. O. di Belcolle che chiedeva un intervento sulla suddetta apparecchiatura e segnalava: "F9 blocco motore" e con il quale la Ditta C.A.M. Hospital comunicava di aver eseguito un intervento di: "Rimozione materiale non macerabile. Pulizia cestello. Sblocco motore. Reset. Prove di funzionamento";

Preso atto del preventivo n. 55022-RC del 19/12/2022 della ditta C.A.M. Hospital con il quale si comunicava che il costo per le attività di riparazione del Maceratore s/n 2204025, veniva quantificato in complessivi € 206,50 IVA esclusa;

Vista la nota del 01/08/2023 del DEC Ing. Diego Basile con la quale certifica di aver valutato la natura dei guasti documentata su singolo RT e autorizzato gli interventi di riparazione di cui sopra alla Ditta C. A. M. Hospital;



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO

Dato atto che tale intervento si configura come manutenzione extra contratto in quanto trattasi di apparecchiature in service e che non rientra negli obblighi contrattuali previsti dal vigente CSA;

Considerato che trattasi di danni da uso improprio degli apparecchi da parte del personale addetto e che pertanto tali guasti non rientrano nella garanzia dei maceratori come previsto al punto 1 della Relazione Dettagliata sul Servizio Post Vendita di Informazione e Formazione della Ditta C. A. M. Hospital S.r.l.;

Dato atto che la Ditta C.A.M. Hospital, fornitore delle apparecchiature di cui trattasi, è da reputarsi quale operatore economico indubbiamente idoneo a soddisfare il fabbisogno;

Visto l'art. 1 comma 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 in deroga all'art. 36 comma 2, let. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e ulteriormente modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021;

DETERMINA

per i motivi esposti sopra

di prendere atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del decreto legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020 in deroga all'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e ulteriormente modificato dall'art. 51 del decreto legge 77 del 31/05/2021 convertito in legge n. 108 del 29/07/2021 alla ditta C.A.M. Hospital di interventi di riparazione dei maceratori in uso alla ASL di Viterbo. Importo €2.009,34 IVA compresa. CIG: ZBD3C177DA

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto è stato individuato nel Dirigente della U. O. C. Ingegneria Clinica, Impiantistica ed Edile, Ing. Carlotta Piacentini.

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6 Novembre 2012, n. 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

La somma di € 2.009,34 IVA compresa relativa al preventivo di spesa della Ditta C.A.M. Hospital rientra nel budget assegnato anno 2023 e trova copertura con sottoconto 05 68 03 680201 - Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche, autorizzazione: ICE/2023/80-2-4 del 11/08/2023 6.3 Manutenzione extracontratto

Il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.asl.vt.it - Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio Aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione di cui all' art.5 lettera c del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E
EDILE

Firmato digitalmente
Ing. Luca Ronca



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO