



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBOREGIONE
LAZIO**DETERMINAZIONE N° 1321 DEL 13/09/2022****STRUTTURA PROPONENTE: UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE**

OGGETTO	affidamento diretto alla Ditta GIVAS s.r.l di un intervento di riparazione della Barella Elettrica inv. 750009746 in uso al Pronto soccorso del P. O. di Belcolle. Importo € 1.160,46 IVA compresa. CIG: YBD376DF43.
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estensore : Carlo Palozzi

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi

Dott.ssa Patrizia Boninsegna in data 12/09/2022

Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex. Art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.

Responsabile del procedimento

Ing. Carlotta Piacentini

Proposta firmata digitalmente da Ing. Carlotta
Piacentini in data 09/09/2022

Il Direttore

Ing. Luca Ronca

Firmata digitalmente



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBOREGIONE
LAZIO

Oggetto:	affidamento diretto alla Ditta GIVAS s.r.l di un intervento di riparazione della Barella Elettrica inv. 750009746 in uso al Pronto soccorso del P. O. di Belcolle. Importo € 1.160,46 IVA compresa. CIG: YBD376DF43.
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE**delegato come previsto dal vigente Atto Aziendale**

Visto l'Atto Aziendale adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 804 del 16/05/2018; successivamente modificato con la Deliberazione del Direttore Generale n. 2111 del 22/11/2018 e approvato con DCA n. U00501 del 13/12/2018 "Approvazione dell'Atto Aziendale della ASL Viterbo", così come pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 del B.U.R.L. Lazio 103 del 20/12/2018;

Richiamata la Determinazione n. G13642 del 11/10/2019, con la quale la Regione Lazio ha provveduto all'aggiudicazione della gara centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature sanitarie delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, aggiudicando il Lotto 7 (Asl Roma 4, Asl Rieti e Asl Viterbo) al R.T.I. Poliedra Ingegneria Clinica S.r.l / SOF S.p.A. per un periodo di anni 5;

Vista la Deliberazione n. 522 del 12/03/2020 con la quale la ASL di Viterbo oltre a prendere atto della sopracitata Determinazione n. G13642 del 11/10/2019, ha aderito alla convenzione tra la Regione Lazio ed il R.T.I. Poliedra Ingegneria Clinica S.r.l. / SOF S.p.A. autorizzata alla stipula della Convenzione in virtù dei poteri conferitegli da Costituzione A.T.I., relativa al Lotto 7 (ASL Roma4, ASL Rieti e ASL Viterbo), della durata di 36 mesi rinnovabili per altri 12, nonché per la durata degli ordinativi fornitura pari a 60 mesi;

Vista la Deliberazione n. 1154 del 05/06/2020 con la quale questa Amministrazione prendeva atto dell'ordinativo di fornitura della Regione Lazio n. P1030667-20 del 25/05/2020 relativo al servizio di gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature sanitarie della ASL di Viterbo affidato alla Ditta POLIEDRA Ingegneria Clinica per un periodo di mesi sessanta a far data dal 01/09/2020;

Vista la richiesta di intervento tecnico ODL 22-000001004 del 09/06/2022, relativa alla Barella elettrica inv. 750009746, con la quale si comunicava: *"La spina di ricarica emette scintille al momento del collegamento alla rete di alimentazione. Barella al momento non utilizzabile. Si richiede la possibilità di una messa in sicurezza del cavo e della spina in quanto facilmente usurabile. Note richiedente: la spina di ricarica emette scintille al momento del collegamento alla rete di alimentazione. Barella al momento non utilizzabile."*;

Vista la email del 09/06/2022 della Ditta Givas, relativa alla Barella Elettrica inv. 750009746, con la quale si comunicava: *"...siamo spiacenti ma le rotture non rientrano nella garanzia. La stessa copre solamente i difetti di fabbricazione."*;



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO

Preso atto del preventivo di spesa 4156/2022 del 08/07/2022 con il quale si comunicava che il costo per la riparazione della Barella Elettrica inv. 750009746 in uso al Pronto Soccorso di Belcolle, veniva quantificato in complessivi € 951,20 IVA esclusa;

Dato atto che tale intervento si configura come manutenzione extra contratto in quanto trattasi di apparecchiature in garanzia e che non rientra negli obblighi contrattuali previsti dal vigente CSA;

Considerato che trattasi di guasto non coperto dalla garanzia dell'apparecchio;

Dato atto che la Ditta GIVAS s.r.l., è da reputarsi quale operatore economico indubbiamente idoneo a soddisfare il fabbisogno;

Visto l'art. 1 comma 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 in deroga all'art. 36 comma 2, let. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e ulteriormente modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021;

DETERMINA

per i motivi esposti sopra

Di affidare alla Ditta GIVAS s.r.l. un intervento di riparazione della Barella Elettrica inv. 750009746 in uso al Pronto soccorso del P. O. di Belcolle. Importo € 1.160,46 IVA compresa. CIG: YBD376DF43.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto è stato individuato nel Dirigente della U. O. S. Gestione Amministrativa e Manutentiva delle Apparecchiature Biomediche, Ing. Carlotta Piacentini.

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6 Novembre 2012, n. 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

La somma di € 1.160,46 IVA compresa relativa al preventivo di spesa della Ditta GIVAS rientra nel budget assegnato anno 2022 e trova copertura con sottoconto 05 68 03 680201 - Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche, autorizzazione: ICE/2022/80-2 6.3 Manutenzione extracontratto

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Azienda ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R Lazio 1/2011.

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E
EDILE

Firmato digitalmente
Ing. Luca Ronca



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO