



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
VITERBOREGIONE  
LAZIO**DETERMINAZIONE N° 1325 DEL 13/09/2022****STRUTTURA PROPONENTE: UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE**

<b>OGGETTO</b>	affidamento diretto alla Ditta SAGO MEDICA s.r.l di un intervento di riparazione compreso di fornitura di n. 1 schienale completo con pannello hpl per Newcare XSS del Letto a movimentazione elettrica per degenza inv. 750009731 in uso alla U. O. Medicina del P. O. di Civita Castellana. Importo € 2.963,99 IVA compresa. CIG: YF63770337.
----------------	---

Estensore : Carlo Palozzi

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi

Dott.ssa Patrizia Boninsegna in data 12/09/2022

Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex. Art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.

Responsabile del procedimento

Ing. Carlotta Piacentini

Proposta firmata digitalmente da Ing. Carlotta  
Piacentini in data 09/09/2022

Il Direttore

Ing. Luca Ronca

Firmata digitalmente



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
VITERBOREGIONE  
LAZIO

<b>Oggetto:</b>	affidamento diretto alla Ditta SAGO MEDICA s.r.l di un intervento di riparazione compreso di fornitura di n. 1 schienale completo con pannello hpl per Newcare XSS del Letto a movimentazione elettrica per degenza inv. 750009731 in uso alla U. O. Medicina del P. O. di Civita Castellana. Importo € 2.963,99 IVA compresa. CIG: YF63770337.
-----------------	---

**IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE****delegato come previsto dal vigente Atto Aziendale**

**Visto** l'Atto Aziendale adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 804 del 16/05/2018; successivamente modificato con la Deliberazione del Direttore Generale n. 2111 del 22/11/2018 e approvato con DCA n. U00501 del 13/12/2018 "Approvazione dell'Atto Aziendale della ASL Viterbo", così come pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 del B.U.R.L. Lazio 103 del 20/12/2018;

**Richiamata** la Determinazione n. G13642 del 11/10/2019, con la quale la Regione Lazio ha provveduto all'aggiudicazione della gara centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature sanitarie delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, aggiudicando il Lotto 7 (Asl Roma 4, Asl Rieti e Asl Viterbo) al R.T.I. Poliedra Ingegneria Clinica S.r.l / SOF S.p.A. per un periodo di anni 5;

**Vista** la Deliberazione n. 522 del 12/03/2020 con la quale la ASL di Viterbo oltre a prendere atto della sopracitata Determinazione n. G13642 del 11/10/2019, ha aderito alla convenzione tra la Regione Lazio ed il R.T.I. Poliedra Ingegneria Clinica S.r.l. / SOF S.p.A. autorizzata alla stipula della Convenzione in virtù dei poteri conferitegli da Costituzione A.T.I., relativa al Lotto 7 (ASL Roma4, ASL Rieti e ASL Viterbo), della durata di 36 mesi rinnovabili per altri 12, nonché per la durata degli ordinativi fornitura pari a 60 mesi;

**Vista** la Deliberazione n. 1154 del 05/06/2020 con la quale questa Amministrazione prendeva atto dell'ordinativo di fornitura della Regione Lazio n. P1030667-20 del 25/05/2020 relativo al servizio di gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature sanitarie della ASL di Viterbo affidato alla Ditta POLIEDRA Ingegneria Clinica per un periodo di mesi sessanta a far data dal 01/09/2020;

**Vista** la richiesta di intervento tecnico ODL 22-000000998 del 08/06/2022, relativa al Letto a movimentazione elettrica inv. 750009731, con la quale si comunicava: *"Il letto non si alza e non si abbassa, al momento non utilizzabile."*;

**Vista** il rapporto di intervento tecnico ODL 22-000000998 del 09/06/2022, relativo al Letto a movimentazione elettrica inv. 750009731, con la quale si comunicava: *"Sospensione intervento – verificato schienale divelto struttura danneggiata, bene in garanzia si attiva ditta"*;



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
VITERBO



REGIONE  
LAZIO

**Vista** la e-mail del 10/06/2022 della Ditta SAGO MEDICA, relativa al Letto a movimentazione elettrica inv. 750009731, con la quale si comunicava: *"...presa visione del problema tecnico dalle foto da voi inoltrate, siamo a comunicare che il guasto da voi segnalato non si considera coperto da garanzia in quanto il problema è derivato da un utilizzo non corretto da parte dell'operatore..."*;

**Vista** la e-mail del 29/06/2022 della Ditta SAGO MEDICA, relativa al Letto a movimentazione elettrica inv. 750009731, con la quale si comunicava: *"...dalle foto inviateci sembrerebbe che l'operatore/paziente si sia seduto sullo schienale semi reclinato, piegandone il telaio..."*;

**Vista** la nota prot. n. 50506 del 01/07/2022 con la quale questa U. O. C. chiedeva alla Ditta Sago Medica un intervento di riparazione con fornitura di un nuovo schienale per il letto a movimentazione elettrica per degenza in uso alla U. O. Medicina del P. O. di Civita Castellana;

**Preso atto** del preventivo di spesa 230 del 10/06/2022 della Ditta SAGO MEDICA con il quale si comunicava che il costo per la riparazione del Letto a movimentazione elettrica inv. 750009731, veniva quantificato in complessivi € 2.429,50 IVA esclusa;

**Dato atto** che tale intervento si configura come manutenzione extra contratto in quanto trattasi di apparecchiature in garanzia e che non rientra negli obblighi contrattuali previsti dal vigente CSA;

**Considerato** che trattasi di danno dovuto ad uso improprio non coperto dalla garanzia dell'apparecchio;

**Dato atto** che la Ditta SAGO MEDICA, è da reputarsi quale operatore economico indubbiamente idoneo a soddisfare il fabbisogno;

**Visto** l'art. 1 comma 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 in deroga all'art. 36 comma 2, let. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e ulteriormente modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021;

## DETERMINA

per i motivi esposti sopra

Di affidare alla Ditta SAGO MEDICA s.r.l un intervento di riparazione compreso di fornitura di n. 1 schienale completo con pannello hpl per Newcare XSS del Letto a movimentazione elettrica per degenza inv. 750009731 in uso alla U. O. Medicina del P. O. di Civita Castellana. Importo € 2.963,99 IVA compresa. CIG: YF63770337.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto è stato individuato nel Dirigente della U. O. S. Gestione Amministrativa e Manutentiva delle Apparecchiature Biomediche, Ing. Carlotta Piacentini.

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6 Novembre 2012, n. 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

La somma di € 2.963,99 IVA compresa relativa al preventivo di spesa della Ditta SAGO MEDICA rientra nel budget assegnato anno 2022 e trova copertura con sottoconto 05 68 03 680201 - Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche, autorizzazione: ICE/2022/80-



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
VITERBO



REGIONE  
LAZIO

## 2 6.3 Manutenzione extracontratto

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Azienda ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R Lazio 1/2011.

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E  
EDILE

Firmato digitalmente  
Ing. Luca Ronca